

Validation de méthode WinLabo Justesse

Reprise des moyennes trouvées sur les 3 niveaux de contrôles en reproductibilité sur le paramètre IgE et vérification de la conformité.

JUSTESSE									
Applicable <input checked="" type="checkbox"/> - Non applicable (à justifier) <input type="checkbox"/>									
Echantillons	Nombre de Valeurs (N)	Valeurs Labo	Cible (Groupe de pairs)	Biais (%) (Groupe de pairs)	Moyenne générale (toutes techniques)	Biais (%) / moyenne générale	Biais(%) limite	Conclusion	
CIQ Bio-Rad Niveau 1 Lot N°40751 09/03/2011	30	44.87	-	-	-	-	-	-	-
CIQ Bio-Rad Niveau 2 Lot N°40752 09/03/2011	30	70.16	-	-	-	-	-	-	-
CIQ Bio-Rad Niveau 3 Lot N°40753 09/03/2011	30	101.48	-	-	-	-	-	-	-
Ajouter									

Conclusion :
Intégration automatique des données de la fidélité intermédiaire validée

Jean-François Ribes
Biologiste

